



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

**ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Κτήριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 393142
Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 5/12/2013

Αρ. Πρωτ. 15517

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια ενός **Sonicator** με κλειστό θάλαμο για τις ανάγκες του τμήματος **Ιατρικής** του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης **20.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική απόφαση Πρύτανη με αρ. πρωτ. 15485/5-12-2013 (ΑΔΑΒΛ0Ζ469Β7Γ-ΠΓ1), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1014, με αρ. πρωτ. 15355/4-12-2013, Κωδικός 2005ΣΕ04600049, ΑΔΑ ΒΛ08469Β7Γ-2ΥΔ – ΑΔΑΜ 13REQ001762650.

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές.

Τεχνικές Πληροφορίες : κ. Τσατσάνης τηλ. 2810 394833

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393142 (κα. Μαριού).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013** και ώρα **14:30** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).

**Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου κρήτης**

Ευριπίδης Στεφάνου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι κατάλληλο για κυτταρική λύση και διάσπαση ιστών, καθώς και θραύση μορίων DNA
2. Να περιλαμβάνει προγραμματιζόμενη γεννήτρια, μετατροπέα, Ultrasonic Horn, σύστημα περιστροφής δειγμάτων, ψυχόμενη βάση δειγμάτων και θάλαμο με θυρίδα παρατήρησης
3. Ο ελάχιστος όγκος του δείγματος να είναι τουλάχιστον 50 μ l
4. Ισχύς 750 W τουλάχιστον και συχνότητα 20 kHz
5. Δυνατότητα προγραμματισμού από 1 sec έως 10 h
6. Παραγωγικότητα 24 τουλάχιστον δειγμάτων ανά run
7. Να συνοδεύεται απαραίτητα από πρωτόκολλα για λύση κύτταρων ανθρώπου και άλλων θηλαστικών, καθώς και θραύση DNA
8. Να δέχεται συμβατικά φιαλίδια δείγματος 0,6 και 1,5 ml
9. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, ο κωδικός και η ονομασία του οργάνου
10. Το όργανο να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία
11. Το όργανο να είναι συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών
12. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001:2008

Να γίνει πλήρης και ακριβής παραπομπή για κάθε ένα από τα παραπάνω σε φυλλάδια του κατασκευαστή