



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης Ι
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο
Πληρ. Π. Σαλεμή
Τηλ: 2810 393137
Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 16/07/2018
Αρ. Πρωτ. 9748

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην **προμήθεια ενός συστήματος υπερήχων (sonicator) για λύση κυττάρων για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης**, συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 8.440.00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2018, βάσει της **ΣΑΕ 546** στην οποία εντάχθηκε το έργο **2014ΣΕ54600068** «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Επιστημονικού Εξοπλισμού» με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 18REQ003422922. Απόφαση έγκρισης δαπάνης με αριθ. πρωτ 9597/11-07-2018 με ΑΔΑ ΩΛΑΠ469Β7Γ-Χ7Μ

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής που πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Βασίλειο Μπουριώτη, Καθηγητή του Τμ. Βιολογίας στο, τηλ. 2810 394375 & 394052, e-mail bouriotis@uoc.gr

Για γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών με το Τμήμα Προμηθειών του Π.Κ στις Βούτες Ηρακλείου στο τηλ. 2810-393137 και e-mail salemi@admin.uoc.gr

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018** και ώρα **13:30** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/σης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης Ι, 1^{ος} όροφος, γραφ. 109). Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 25/07/2018 στις 13:45.

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντικείμενο προμήθειας: Ένα Σύστημα υπερήχων (sonicator) για λύση κυττάρων

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο

Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 8-9 εβδομάδων από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Αυτόματο συντονισμό που εξαλείφει την ανάγκη για συνεχή ρύθμιση
2. Αυτόματη αντιστάθμιση εύρους που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκτροπή της άκρης ανεξάρτητα από τις συνθήκες φορτίου
3. Υψηλής απόδοσης μετατροπείς που έχουν σχεδιαστεί για βαριά λειτουργία χωρίς να απαιτείται καμία βοηθητική ψύξη
4. Σφραγισμένο πιεζοηλεκτρικό μετατροπέα τύπου PZT κρυστάλλων
5. Ανιχνευτές κράματος τιτανίου
6. Ψηφιακή οθόνη ισχύος
7. Συχνότητα 20kHz
8. Μέγιστη ισχύ εξόδου 500W για τον VC 505 και 700W για τον VC 750
9. Όγκος δείγματος 10-250 ml για τον τυπικό probe
10. Χρονοδιακόπτης 1 sec- 10 hours
11. Διάμετρος άκτηςprobe 13mm και μήκος 136mm
12. WDXH (mm): 190x340x235 (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)

Εξάρτημα για το σύστημα υπερήχων για τη λύση κυττάρων:

Coupler and Stepped microtip

Διάμετρος Ακρου: 3mm

Ενταση: Πολύ υψηλή

Όγκος δείγματος: 0.5-15ml

Μέγιστη Αντίσταση: 40%

Μήκος: 136mm

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 1-2 έτη.